公告番号(機 －１５０９Ａ－０３）

入札説明書

２０１５年9月２日

独立行政法人国際協力機構

独立行政法人国際協力機構のモンテネグロ国中核病院医療機材整備計画フォローアップ協力向け機材の調達に係る入札公告に基づく入札等については、当機構一般契約事務取扱細則(平成 15 年細則(調)第 8 号。以下「細則」という。）に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。

1　公告日

２０１５年9月２日

2　契約担当役

理事　　小寺　清

3　競争入札に付する事項

(1) 件名 ：　モンテネグロ国中核病院医療機材整備計画フォローアップ協力向け機材

(2) 主要調達機材名及び仕様（詳細は機材仕様明細書を参照）：患者監視装置用付属品他

(3) 取引条件：船積渡し

(4) 輸 出 者：受注者（但し、on behalf of JICA とする）

(5) 船 積 港：日本国内港（受注者の手配による）

(6) 仕 向 港：バル港、モンテネグロ

(7) 引渡期限：2016 年 3 月 18 日

(8) 技師派遣業務：別添技師派遣条件書のとおり

(9) 技師派遣期間：2016 年 4 月下旬～2016 年 5 月中旬

(10)　技師業務完了期限：2016 年 5 月 13 日

(11)　履行期間：2015 年 10 月下旬～2016 年 5 月末日

4　担当部署等

(1)担当部署

郵便番号 102-8012

東京都千代田区二番町 5 番地 25 二番町センタービル

独立行政法人国際協力機構

調達部契約第三課（機材調達班）

TEL：03-5226-6643

FAX：03-5226-6324

Email： prtm2-kizai@jica.go.jp

(2)書類授受・提出場所、送付先

ア．持参の場合

書類の授受・提出場所は、上記(1)のビル１階にある調達カウンター（調達部受付）となります。

書類の授受は次の受付時間に限ります。

受付時間：土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後 5 時

（ただし、午後 0 時 30 分から午後 1 時 30 分を除く。）

イ．郵送の場合

送付先を調達部契約第三課（機材調達班）宛としてください。提出期間内の必着とします。提出期限に時間指定の記載がない場合は、受付時間どおり午後５時までとします。理由の如何を問わず、提出期間内に当機構まで接到しなかった場合の責任は当機構は負いません。また、締め切りを過ぎて接到した書類は無効とします。

開封しなくとも内容が確認できるよう、封筒の表に公告番号及び案件名、内容物を記入してください。

ウ．FAX の場合

FAX での提出を可としている提出物の場合は、FAX 送信後に必ず電話で接到を確認してください。接到しなかった場合の責任は当機構は負いません。

エ．Email の場合

Email での提出を可としている又は指定している場合は、prtm2-kizai@jica.go.jp に Email で提出してください。その他のアドレスへの送付はご遠慮ください。

5　競争参加資格

(1) 契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。

(2) 次の各号の一に該当すると認められる者であって、その事実があった後 2 年を経過しない者でないこと。

ア．契約の履行にあたり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

イ．公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正な利益を得るため

に連合した者

ウ. 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者

エ. 監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者

オ. 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

カ. 前各号の一に該当する事実があった後 2 年を経過しない者を、契約の履行にあたり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者

(3) 入札代理人を使用する場合は、(1)及び(2)の規定に該当する者を入札代理人として使用する者

(4) 公示日において、平成 25・26・27 年度全省庁統一資格若しくは平成 25 年 4 月 1 日以後に国際協力機構の資格審査にて「物品の製造」の「A」若しくは「B」又は「物品の販売」の「A」若しくは「B」の等級に格付けされる者

(5) 上記(4)を満たさない者は、本件の競争参加資格確認申請書の提出期間中において、「資格審査のための申請手続き」(次の URL にてホームページに掲載;
http://www.jica.go.jp/announce/screening/index.html#a03)にもとづき、資格審査申請書及び必要書類を提出すること。

当機構は本件に限り資格審査を行い、競争参加資格を確認して格付けを付与するが、「物品の製造」の「A」若しくは「B」又は「物品の販売」の「A」若しくは「B」の等級に格付けされる者を本件の競争参加資格者として認める。

(6) 輸出実績を有する者

(7) 当機構から「契約競争参加資格停止措置規程」(平成 20 年規程(調)第 42 号) に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている期間中でないこと。

(8) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定後、再認定を受けた者を除く。)でないこと。

(9) 競争から反社会的勢力を排除するため、競争に参加しようとする者（以下、「応募者」という。）は、以下のいずれにも該当しないこと、および、当該契約満了までの将来においても該当することはないことを誓約し、入札書等の提出をもって、誓約したものとします。なお、当該誓約事項による誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合は、入札書等を無効とします。

ア. 応募者の役員等（応募者が個人である場合にはその者を、応募者が法人である場合にはその役員をいう。以下同じ。）が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等（これらに準ずるもの又はその構成員を含む。平成16 年10 月25 日付警察庁次長通達「組織犯罪対策要綱」に準じる。以下、「反社会的勢力」という。）である。

イ. 反社会的勢力が応募者の経営に実質的に関与している。

ウ. 応募者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。

エ. 応募者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与し

ている。

オ. 応募者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。

カ. 応募者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。

キ. その他、応募者が東京都暴力団排除条例（平成23 年東京都条例第54 号）に定める禁止行為を行っている。

(10) 特別な競争参加条件

なし

6 競争参加資格確認の申請

(1) 本競争の参加希望者は、参加の意思及び5の各号に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、競争参加資格確認申請書等提出書類を提出し、当機構から競争参加資格の有無について確認を受けなければなりません。なお、期限までに提出書類を提出しない者及び競争参加資格がないと通知された者は、競争に参加することができません。

ア. 申請受付期限：2015 年 9 月 14 日（月）午後 5 時

イ. 提出書類：

① 全省庁統一資格保有者

・競争参加資格確認申請書（所定の書式）

・平成 25・26・27 年度全省庁統一資格審査結果通知書（写）

・返信用封筒（切手貼付、申請者の住所・氏名を記載）

② 全省庁統一資格保有者でない者

・競争参加資格確認申請書（所定の様式）

・返信用封筒（切手貼付、申請者の住所・氏名を記載）

・資格審査用必要書類：以下の URL 参照

http://www.jica.go.jp/announce/screening/index.html

別案件において既に事前資格審査を申請し、当機構からの審査結果の通知を受けた者については、その審査結果の通知内容に変更がなければ、審査結果は有効となります。この場合においては、前回当機構より通知した審査結果の通知文書の写しをご提出いただくことで、資格審査用必要書類は省略できます。

ウ. 提出場所：上記４.参照

エ. 提出方法：持参又は郵送（FAX、Email 不可）

(2) 競争参加資格の確認の結果は 2015 年 9 月 18 日（金）付までの文書をもって郵送にて通知します。2015 年 9 月 24 日（木）までに結果が通知されない場合は、上記４.にお問い合わせください。

(3) その他

ア. 申請書の提出に係る費用は、申請者の負担とします。

イ. 当機構は、提出された申請書を、本件の競争参加資格の確認以外に申請者に無断で使用することはありません。

ウ. 提出された申請書は、返却しません。

エ. 提出期限以降における申請書等の差し替え又は再提出は認めません。

オ. 申請書に関する問い合わせ先は、上記４.を参照ください。

7　競争参加資格がないと通知された者に対する理由の説明

(1) 競争参加資格がないと認められた者は、当機構に対して競争参加資格がないと認めた理由について、書面（様式は任意）により説明を求めることができます。

ア. 提出期限：2015 年 9 月 29 日（火）午後５時

イ. 提出場所：上記４.参照

ウ. 提出方法：持参又は郵送（FAX、Email も可とします。）

(2) 当機構は、説明を求めた者に対し、2015 年 10 月 2 日（金）までに書面により回答します。

8　本件入札に関する質問

(1) 機材仕様明細書書の内容等、この入札案件に関する質問がある場合は、次に従い所定の様式により提出してください。

ア. 質問受付期限：2015 年 9 月 14 日（月）午後 5 時

イ. 提出方法：当方での取りまとめの都合上、電子データでのご提出をお願いいたします。

送付先：prtm2-kizai@jica.go.jp

メールの件名に【質問】と書き、本件の公示番号と件名を記載してください。

ウ. 注意:

質問受付期限を過ぎてから届いた質問に対してはお答えできませんのであらかじめ了承願います。

(2) 質問に対する回答は、次のとおり閲覧に供します。

ア. 2015 年 9 月 16 日（水）に以下の URL の「質問回答」欄に掲示する予定です。質問内容によっては回答作成に時間を要する場合もありますが、遅くとも 2015 年 9 月 24 日までに掲示します。

http://www.jica.go.jp/chotatsu/kizai/ippan/koji2015.html

イ. 質問回答は、掲載後に追加されて再掲載することがありますので、入札会までに必ず確認してください。

ウ. 質問を受け確認したことによって、仕様・数量等が変更されることがあります。

また、質問がない場合にも訂正が生じることがあります。いずれも「質問回答」欄に掲載しますので、本件競争参加希望者は、質問提出の有無にかかわらず、必ずご確認ください。入札金額は、掲載した全ての回答・訂正が反映されたものと見なされます。

9　辞退書の提出

(1) 資格の確認を受けた者が競争参加を辞退するときは、次に従い辞退書(所定の様式)を提出してください。

提出期限：入札執行日の前日まで

提出場所：上記４．参照

提出方法：持参又は郵送（FAX、Email も可とします。）

(2) (1)の手続きにより競争参加を辞退した者は、これを理由として以後の資格の確認等について不利益な取扱いを受けるものではありません。

(3) その他

ア. 辞退書の提出に係る費用は、提出者の負担とします。

イ. 提出された辞退書は、返却しません。

ウ. 提出期限以降における辞退書の取り消しは認めません。

エ. 辞退書に関する問い合わせ先は、上記４．参照。

10　入札執行（入札会）の日時及び場所等

(1) 日時: 2015 年 10 月 6 日(火)　午後　2 時 30 分

(2) 場所: 東京都千代田区二番町 5 番地 25　二番町センタービル

独立行政法人国際協力機構　　109 会議室

(3) 必要書類：入札参加に当たっては、以下の書類を持参してください。

ア. 競争参加資格確認通知書（写）1 通

イ. 委任状（社印及び入札会出席者の印を必ず押印）1 通（代表権を有する者が出席の場合は不要）

ウ. 入札書 3 通（最大入札回数３回）

11　入札者の失格

次のいずれかに該当するときは、当該入札者の行った入札を無効とし、当該入札者を失格とします。

(1) 競争に参加する者に必要な資格のない者は、入札会（再入札を含む。）に参加できません。

(2) 当機構により競争参加資格のある旨確認された者であっても、入札時点において、当機構が定める契約競争参加資格停止措置規程に基づいた契約競争参加資格停止措置を受けている等、上記に掲げる資格のない者は、競争参加資格がない者として取り扱います。

(3) 入札執行開始時刻に、間に合わなかった者は失格とし、入札執行（入札会）に参加できません。

(4) 明らかに連合によると認められる入札を行ったとき。

(5) 機構の職員の職務執行を妨害したとき。

(6) 他者の競争参加を妨害したとき。

(7) 機構の指示に従わなかったとき。

12　入札方法等

(1) 立会い入札会を行います。郵送又はFAX、Emailによる入札は認めません。

(2) 以下の費用を含んだ総価（円）をもって入札金額とします。以下の費用を含んだ総価（円）をもって入札金額とします。ただし、輸入通関は相手国政府の責任と費用負担で行います。

ア. 機材仕様明細書に示される全品目に対する機材代金

イ. 梱包条件書に基づく輸出梱包にかかる費用

ウ. 輸送条件書に基づく輸送にかかる費用

エ. 技師派遣にかかる経費

(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札価格とします。海上貨物保険料は入札金額及び落札金額に含みませんが、落札後、当機構が特約を締結している保険会社から特約条件の貨物海上保険料を加算して契約金額とします。

(4) 本件は、輸出申告の名義を落札者とする輸出取引であり、また、技師派遣にかかる経費も海外業務のため、契約金額に消費税はかかりません。

(5) 入札書は入札金額を記入して､次のいずれかの方法により記名捺印し､封入のうえ、入札担当係員の指示に従い入札箱に投入してください。

ア. 代表権を有する者自身による場合は、法人の名称又は商号並びに代表者名及び社印又は代表者印

イ. 代表権を有する者以外の者による場合は、委任状を提出のうえ、法人の名称又は商号並び代表者名及び受任者（代理人）とその者の印（委任状に押印したものと同じ印鑑）

(6) 入札者は、一旦提出した入札書を引換、変更又は取消すことができません。

(7) 入札保証金は免除します。

(8) 海外向け機材調達にかかる各種手続きは、「JICA海外向け資機材調達の手引き（高額機材）（2014年7月版）」に記載しています。本入札で使用する所定の入札書式

及び一般的な配慮事項等が含まれていますので、入札に参加する方は予め内容をご確認のうえ入札してください。同手引は次の URL からダウンロードできます。

http://www.jica.go.jp/chotatsu/kizai/ippan/ku57pq00001moh22-att/i20140822.pdf

13　入札書の無効

次のいずれかに該当する入札書は無効とします。その回で落札者が決まらず再度札を入れる場合（再入札）には、入札に参加できます。

(1) 入札書に入札者の記名、押印が欠けているとき。

(2) 入札金額が訂正してあり、訂正のための印が押されていないとき。

(3) 誤字、脱字（数字の脱落を含む。）等により意思表示が不明確なとき。

(4) 条件が付されているとき。

(5) 再入札において、入札金額が前回までの入札における最低額と同額以上の入札をしたとき。

14　落札者の決定方法

(1) 当機構の予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。

(2) 落札となるべき同価の入札をした者が２者以上あるときは、抽選により落札者を決定します。

15　入札会手順等

(1) 入札会の手順

ア. 入札会参加者の確認

入札事務担当者が入札会出席者名簿を回付し、各出席者へ署名を求めます。

各入札会参加者は、競争参加資格確認通知書（写）及び委任状（代表権を有する者が参加する場合は不要）を提出し、入札事務担当者がこれらを確認します。

入札参加者は原則として１名とします。

イ. 入札書の投入

各入札参加者は、所定の様式による入札書を封入のうえ、入札箱へ投入します。

ウ. 開札及び入札書の内容確認

入札事務担当者が、投入された入札書の記載内容を確認します。

エ. 入札金額の発表

入札事務担当者が、入札金額を低い順番から読み上げます。

オ. 予定価格の開封及び入札書との照合

入札執行者が、予定価格を開封し最低入札金額と照合します。

カ. 落札業者の発表

入札執行者が、「落札」または「不調」を発表します。開札の結果、入札者すべての入札金額が予定価格を超える場合には、ただちに再入札を行います。再入札を２回まで行っても落札者がないときは、入札を打ち切ります、入札金額の最も低いものから、順次随意契約の交渉を行います。

(2) 入札途中での辞退

「不調」の結果に伴い、入札会開催中に再入札を辞退する場合は、次のように入札書金額欄に「入札金額」の代りに「辞退」と記載し、上記イにおいて投入してください。

金			辞				退			円

16　内訳書の提出、契約書作成及び締結

(1) 落札者は、当機構が特約を締結している保険会社から特約条件の貨物海上保険料の見積り（料率は特約で定めています。保険料の現場戻しはありません。）を取り付け、落札価格に海上貨物保険料を加算した最終見積書を提出するものとします。当機構は最終見積金額を査定のうえ、契約金額を確定します。なお、落札者は保険申込み及び保険料払い込みを行いますが、被保険者は当機構になります。

(2) 落札者は、入札日の翌日から起算して 7 営業日以内に内訳書を提出してください。7 営業日以内に内訳書の提出がない場合には、当該落札者を失格とすることもあります。

(3) 当機構における内訳書の確認及び内部手続きの完了後、契約相手と決定された者は、契約書（案）を雛型に基づき作成してください。(契約書の日付は、内訳書の確認及び当機構の内部決裁が完了後に当機構が指定します。)

契約書（案）の雛型は、

・当機構のホームページの次の URL に掲載する雛型のとおりです。

雛型名称：船積渡し

http://www.jica.go.jp/announce/manual/form/oversea/op_tend.html

(4) 契約保証金は免除します。

17　契約締結後の提出書類

(1) 受注者は、危険品及び温度管理品について、契約締結から 30 日以内にその有無を所定の様式により当機構に提出するものとします。

(2) 受注者は、検疫、梱包材の燻蒸証明取り付け、その他各種許可承認等の手続きが必要な場合、受注者の責任において行ってください。仕向国での輸入手続きに原産地証明、領事査証等が必要な場合に提出を求めることがあります。

(3) 受注者は、輸送書類を契約書に定める期限までに作成し、当機構に提出するものとします。提出が遅延したことにより発生する費用（倉庫料等）に関しては、受注者負担とします。

(4) 薬品を調達する場合は、受注者は、機材納品予定日の7営業日前までに、その有効期限を所定の様式により当機構に提出するものとします。

(5) 危険品があるときは、受注者は、契約締結から30日以内に、安全データシートを当機構に提出するものとします。

18. 安全保障輸出管理

(1) 受注者は、その責任において適切な輸出手続きと輸送を行うものとし、全品目について、外国為替及び外国貿易法（昭和24年法律第228号)、輸出貿易管理令（昭和24年政令第378号)、その他の輸出関連法規及び米国輸出規則（以下、まとめて「輸出規制法規」という。）による輸出規制該当品の有無を確認し、契約締結から30日以内にその結果を所定の様式により当機構に提出するものとします。

(2) 受注者は、輸出規制法規による該非の判定に必要な資料（項目別対比表、パラメーターシート、米国輸出規則の輸出規制品目分類番号（ECCN）等）を、契約締結から30日以内に当機構に提出するものとします。

(3) 輸出規制法規による輸出許可・承認の取り付けが必要な場合は、受注者が輸出許可・承認を申請するものとします。当機構は、当該物品の許可・承認に必要な情報のうち当機構が保有する情報を受注者に提供します。

(4) 当該物品の許可・承認の取得が不可能であると判断される場合には、当該物品及び同物品の使用に不可欠な附属物品の発注を取り止め、当該物品の契約を解除します。

18. 留意事項

(1) 入札参加者は、「JICA海外向け資機材の手引き（高額機材）（2014年7月版)」、機材調達契約約款、契約書案、機材仕様明細書他附属書類を十分理解してから入札に参加するものとします。

(2) 委任状等に虚偽の記載をした場合においては、措置規程に基づき措置を行うことがあります。

(3) 落札者が独占禁止法あるいは刑法に定める談合等不正行為を犯し、行政処分または刑が確定したときは、落札者は談合等不正行為にかかる違約金として契約金額の100分の10を当機構へ支払うものとします。また、この場合当機構は当該落札者とは契約を締結しません。もし契約締結後にかかる状況になった場合は、当機構は、契約書に基づき、同上の違約金を徴取するとともに、該当契約を解除します。

(4)　正当な理由なくして次の各状況に該当する場合は、次回以降の入札参加をお断りす

る場合があります。

ア. 全品目の梱包才数、危険品及び温度管理品の有無、輸出規制法規による規制該当品の有無について所定の期日までに提出がない場合

イ. 危険品及び温度管理品の有無、輸出規制法規による規制該当品の有無、薬品の有効期限の判定に誤りがあった場合

ウ. 全品目の梱包才数にその後の確定時と比べ大きな誤差があった場合

エ. その他関連業務が粗雑あるいは不誠実と認められる場合

19. 情報の公表について

「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成 22 年 12 月 7 日閣議決定）において、独立行政法人の役職員経験者の契約相手方への再就職の情報や当該法人との間の取引等の情報を公表することとされたことに伴い、JICA でも同情報の公表を行っています。

つきましては、当機構においてもこれに基づき関連情報を当機構ホームページで公表することとしますので、必要な情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、競争に参加していただくようご理解とご協力をお願いいたします。なお、契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。

(1) 公表の対象となる契約

財産の買入れの場合、160 万円を超える契約

(2) 公表の対象となる契約相手方

次のいずれにも該当する契約相手方

ア. 当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること

（注）役員等とは、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどにより影響力を与え得ると認められる者を含む。

イ. 当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の３分の１以上を占めていること

(3) 公表する情報

契約ごとに、物品役務の名称及び数量、契約締結日、契約相手方の氏名・住所、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します 。

ア. 当機構の役員経験者又は当該契約相手方の役員等として再就職している当機構課長相当職以上経験者の氏名、契約相手方での現在の職名及び当機構における最終職名

イ. 契約相手方の直近 3 ヵ年の財務諸表における当機構との間の取引高

ウ. 契約相手方の総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引割合が、次の区分のいずれかに該当する旨

・３分の１以上２分の１未満

・２分の１以上３分の２未満

・３分の２以上

エ．一者応札又は応募である場合はその旨

(4) 当機構の役職員経験者の有無の確認日

当該契約の締結日とします。

(5) 情報提供の方法

契約締結時に所定の様式を提出していただきますので、ご協力をお願いします。

詳細は、次のページをご参照ください。

http://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/corporate.html

以上

様式集

＜参考様式＞

【入札手続に関する様式】

□競争参加資格確認申請書
□質問様式
□委任状
□入札書　船積渡し
□辞退書

【契約締結に関する様式】

□最終見積書
□内訳書　一括納入用
□契約書　船積渡し
□機材調達契約約款

【契約締結後の提出書類】

□輸出貿易管理令等調書
□外国製品に関する調書
□危険品・温度管理品の確認について
□薬品の有効期限について
□仕様変更届　受注者文書
□仕様変更届　製造会社文書
□検査願書
□輸送書類提出様式・受領書
□輸送日程報告カ-ド
□技師派遣情報
□技師業務完了時立会検査記録
□業務完了報告書

以上の様式のデータは、国際協力機構ホームページ「調達情報」→「調達ガイドライン、様式」→「様式」「海外向け資機材の調達」「一般競争入札」よりダウンロードできます。
http://www.jica.go.jp/announce/manual/form/oversea/op_tend.html

＜本件指定様式＞
本件では指定様式はありません。JICAホームページからアクセスして、ガイドラインの様式をご利用ください。

なお、宛名に理事名、件名、公告番号、公告日、入札日を記載する様式には、以下のとおり記載してください。
・宛先：独立行政法人国際協力機構　契約担当役　理事　　小寺　清
・件名：モンテネグロ国中核病院医療機材整備計画フォローアップ協力
・公告番号：機-1509A-03
・公告日：2015年9月2日
・入札日：2015年10月6日

機材仕様明細書

番　号	機　材　名	仕　　様	参考銘柄 （メーカー名等）	数量
0	総則	(1)中古品は認めない。		
		(2)電源		
		単相　電圧（220V）周波数（50Hz）プラグ形状（C）		
		本体外部に設置するトランスの使用は認めない。		
	クリニカルセンター向け			
1	患者監視装置用付属品	用途：患者のバイタルサインを測定する。		
		銘柄指定　患者監視装置　DS-7101L用　付属品		
		充電式バッテリー　T4UR18650F-2-4664	フクダ電子	21
		ECG ケーブル CI-7000-3	フクダ電子	21
		ECG 患者リード CMF-700-3	フクダ電子	21
		NIBPカフ、成人用 CUF-7102A	フクダ電子	21
		NIBPカフ、小児用 CUF-7104	フクダ電子	21
		NIBPエアホース OA-7109B	フクダ電子	21
		（連絡先）		
		フクダ電子株式会社		
		国際営業部　真田薫		
		TEl ： 03-5684-1462　FAX ： 03-3814-1222		
		E-mail ： kaoru.sanada@fukuda.co.jp		
2	人工呼吸器用付属品	用途：呼吸に問題のある患者の呼吸を援助する。		
		銘柄指定　人工呼吸器　ART-21EX用　付属品		
		患者回路、成人用、再使用可	アコマ医科	6
		加湿器	アコマ医科	2
		加湿器モジュール、再使用可	アコマ医科	2
		（連絡先）		
		アコマ医科工業株式会社		
		輸出部　福岡		
		TEl ： 03-3816-6911　FAX ： 03-3814-3845		
		E-mail ： i.fukuoka@acoma-medical.co.jp		
3	無影灯（移動式）用付属品	用途:治療の際、光を当て患部を見やすくする。		
		銘柄指定　無影灯（移動式）COSMIC 51EM用　付属品		
		反射板付きランプ x 4組	山田医療	1
		ガラス付きディフューザー x 4組	山田医療	1
		（連絡先）		
		山田医療照明株式会社		
		営業部国際グループ　伊崎一志		
		TEl ： 03-5212-6023　FAX ： 03-5212-6022		
		E-mail ： izaki@skylux.co.jp		
4	乾熱滅菌器用付属品	用途：鉗子類の滅菌を行う。		

番　号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 （メーカー名等）	数量
		銘柄指定　温度調節器一式（カバー付き）	平山製作所	1
		（連絡先）		
		株式会社平山製作所		
		外国営業部　森脇謙		
		TEl ： 03-6280-3724　FAX ： 03-6280-3725		
		E-mail ： overseas.sales@hirayama-hmc.co.jp		
5	カラードップラー	用途：腹部等体内の状況を超音波		
		により検査する。		
		(仕様)		
		本体走査方式：セクタ、リニア、コンベックス式		
		またはそれ以上可能		
		使用可能な表示モード：B,M,PW Doppler,		
		CW Dopplerまたはそれ以上可能		
		ディスプレイ：カラーLCD　17インチ以上		
		プローブ同時接続：3個以上		
		画像記録装置 ：付属（DVDまたはそれ以上）		
		フットスイッチ ：付属		
		キャスター：付属		
		プリンター：白黒		
		コンベックスプローブ		
		適応：腹部		
		中心周波数：3.5MHz（マルチ方式）		
		視野角度：約70O度		
		リニアープローブ		
		適応：抹消血管、小組織		
		中心周波数：7.0MHz（マルチ方式）		
		視野幅：約38mm		
		経膣プローブ		
		適応：経膣及び直腸		
		中心周波数：7.0MHz（マルチ方式）		
		視野角度：約180度		
		電源: AC220V,50Hz,単相及び内蔵バッテリー		
		参考銘柄①　TUS-X200	東芝	1
		コンベックスプローブ PVU-375BT 6C1	東芝	1
		リニアープローブ PLU-704BT 11L4	東芝	1
		経膣プローブ PVU-781VT 11C3	東芝	1
		白黒プリンター	東芝	1
		（連絡先）		
		東芝メディカルシステムズ株式会社		
		海外営業本部　経協担当　里川浩		
		TEl ： 0287-26-5045		
		E-mail ： hiroshi.satogawa@toshiba.co.jp		
		参考銘柄②　ProSound Alpha7	日立アロカ	1
		コンベックスプローブ UST-9130	日立アロカ	1
		リニアープローブ UST-5412	日立アロカ	1
		経膣プローブ UST-9118	日立アロカ	1
		白黒プリンター UP-D898MD	日立アロカ	1

番　号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 （メーカー名等）	数量
		（連絡先）		
		日立アロカメディカル株式会社		
		第一国際営業部 国際営業一課　小久保		
		TEl ： 0422-45-6568　FAX ： 0422-45-4058		
		E-mail ： koku3514@hitachi-aloka.co.jp		
6	保育器用付属品	用途：低体重児を体重が増えるまでケアする		
		ための装置。		
		銘柄指定　絞り窓枠一式	中村医科	3
		銘柄指定　ビニール袖（絞り式1 ICU窓5　5 セット）	中村医科	3
		銘柄指定　ICU窓一式	中村医科	3
		銘柄指定　正面ドア一式（ICU窓、ロック金具付き）	中村医科	3
		（連絡先）		
		中村医科工業株式会社		
		貿易部　木原博明		
		TEl ： 03-3813-3486　FAX ： 03-3813-3480		
		E-mail ： nakamuraika@n-ideal.co.jp		
7	インファントケアーユニット	用途：新生児の処置を行う装置		
	用付属品			
		銘柄指定　マットレス	中村医科	2
		銘柄指定　メタクリルレンジパネル（4枚セット、	中村医科	2
		取りつけ金具付き）		
		（連絡先）		
		中村医科工業株式会社		
		貿易部　木原博明		
		TEl ： 03-3813-3486　FAX ： 03-3813-3480		
		E-mail ： nakamuraika@n-ideal.co.jp		
8	上部消化管内視鏡	用途：上部消化管の内視鏡による検査		
		（仕様）		
		ビデオ上部消化管内視鏡　1式		
		全長：1,350mm以上		
		外寸：8.8mm 以下		
		視野：140度以上、正面		
		被写体深度：2 - 100 mm		
		チャンネル直径：2.8mm以上、1個以上		
		最短焦点：2mm以下		
		曲がり：上210度、下90度、右100度、左100度以上		
		使用するカメラユニット：EXERA CV145 Olympus		
		使用する光源：CLE-145 Olympus		
		銘柄指定　ビデオ上部消化管内視鏡　GIF-Q180	オリンパス	1
		及びその付属品		
		リークテスター MB-155		1
		メンテナンスユニット		1
		シリコンオイル MB-146		1
		マウスピース MB-142		5

番　号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 （メーカー名等）	数量
		（連絡先）		
		オリンパスメディカルシステムズ株式会社		
		国際協力企画グループ　鈴木俊明		
		TEl ： 042-642-3217　FAX ： 042-642-2202		
		E-mail ： toshiaki2_suzuki@ot.olympus.co.jp		
9	下部消化管内視鏡	用途：下部消化管の内視鏡による検査		
		（仕様）		
		ビデオ下部消化管内視鏡　1式		
		全長：2,005mm以上		
		外寸：11.7mm 以下		
		視野：170度以上、正面		
		被写体深度：2 - 100 mm		
		チャンネル直径：3.2mm以上、1個以上		
		最短焦点：3mm以下		
		曲がり：上180度、下180度、右160度、左160度以上		
		使用するカメラユニット:CV-170 Olympus		
		銘柄指定　ビデオ下部消化管内視鏡　PCF-H170L	オリンパス	1
		及びその付属品		
		リークテスター MB-155		1
		メンテナンスユニット		1
		シリコンオイル MB-146		1
		（連絡先）		
		オリンパスメディカルシステムズ株式会社		
		国際協力企画グループ　鈴木俊明		
		TEl ： 042-642-3217　FAX ： 042-642-2202		
		E-mail ： toshiaki2_suzuki@ot.olympus.co.jp		
10	気管支内視鏡	用途：気管支の内視鏡による検査		
		（仕様）		
		気管支内視鏡　1式		
		全長：900mm以上		
		外寸：5mm 以下		
		視野：120度以上、正面0度		
		被写体深度：2 - 50 mm		
		チャンネル直径：2.2mm以上、1個以上		
		最短焦点：5mm以下		
		曲がり：上180度、下130度以上		
		銘柄指定　気管支内視鏡 BF-P60	オリンパス	1
		（連絡先）		
		オリンパスメディカルシステムズ株式会社		
		国際協力企画グループ　鈴木俊明		
		TEl ： 042-642-3217　FAX ： 042-642-2202		
		E-mail ： toshiaki2_suzuki@ot.olympus.co.jp		

番　号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 （メーカー名等）	数量
	ニクシッチ総合病院			
11	麻酔器用付属品	用途：手術時に麻酔をかけるための機器		
		銘柄指定　麻酔器 PRO-45用付属品		
		02用圧力ホース、DINコネクター付き	アコマ医科	1
		N20用圧力ホース、DINコネクター付き	アコマ医科	1
		Air用圧力ホース、DINコネクター付き	アコマ医科	1
		マニュアルバグ、3L	アコマ医科	1
		患者回路、成人用、再使用可	アコマ医科	3
		Yピース、呼吸回路、成人用	アコマ医科	3
		呼吸回路用マスクアダプター	アコマ医科	3
		酸素センサー	アコマ医科	1
		酸素センサー用ケーブル	アコマ医科	1
		吸引器	アコマ医科	1
		気化器、セボフレン、ブロックタイプ	アコマ医科	1
		MK-III		
		炭酸ガス吸着剤、5L	アコマ医科	1
		（連絡先）		
		アコマ医科工業株式会社		
		輸出部　福岡		
		TEl ： 03-3816-6911　FAX ： 03-3814-3845		
		E-mail ： i.fukuoka@acoma-medical.co.jp		
12	吸引分娩器用付属品	用途：吸引分娩を行うための吸引分娩器		
		銘柄指定　吸引分娩器 GT-200用付属品		
		吸引ボトル(2個セット)	中村医科	1
		本体中継ホース(2本セット)	中村医科	1
		（連絡先）		
		中村医科工業株式会社		
		貿易部　木原博明		
		TEl ： 03-3813-3486　FAX ： 03-3813-3480		
		E-mail ： nakamuraika@n-ideal.co.jp		
13	上部消化管内視鏡セット	用途：上部消化管の内視鏡による検査		
		（仕様）		
		13-1 ビデオスコープ　1式		
		全長：1,350mm以上		
		外寸：9.4mm 以下		
		視野：140度以上、正面		
		被写体深度：4 - 100 mm以上		
		チャンネル直径：2.8mm以上、1個以上		
		最短焦点：4mm以下		
		曲がり：上210度、下90度、右100度、左100度以上		
		13-2 光源及びカメラユニット　1式		
		光源ランプ：LEDまたはキセノン		
		画像：HD		
		画像強化機能：付属		
		電源: AC220V,50Hz,単相		

番　号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 （メーカー名等）	数量
		13-3 モニター		
		画像：HD対応		
		電源: AC220V,50Hz,単相		
		13-4 電気メス		
		出力モード：モノポラー及びバイポラー		
		モノポラー出力： 切除120W以上　凝固50W以上		
		バイポラー出力： 切除120W以上　凝固40W以上		
		フットスイッチ：付属		
		電気安全：CF Class I		
		電源: AC220V,50Hz,単相		
		13-5 トロリー（ラック）		
		13-6 送水タンク		
		13-7 吸引ポンプ		
		13-8 送水ポンプ		
		13-9 メンテナンス用品		
		13-10 鉗子セット		
		生検鉗子、把持鉗子（アリゲータータイプ）、		
		把持鉗子（バスケットタイプ）、スネアー、		
		バイポラープローブ　各2セット		
		参考銘柄①	オリンパス	
		ビデオスコープ　GIF-H170N		1
		プロセッサー（光源一体型） CV170		1
		モニター OEV261H-E HD LCD		1
		電気メス （フットスイッチ付き）ESG100		1
		トロリー（ラック） WM-NP2		1
		送水タンク		1
		吸引ポンプ KV-5		1
		（付属品）患者チューブ PK5		5
		フィルターチューブ PK10		10
		フィルター PK10		10
		送水ポンプ　OFP-2		1
		（付属品）鉗子チャネルアダプター　MAJ-1606		1
		鉗子チャネル水チューブ MAJ-1607		1
		メンテナンス用品		1
		鉗子セット		
		(1) 生検鉗子 FB-23K-1		2
		(2) 把持鉗子（アリゲータータイプ）FG-6L-1		2
		(3) 把持鉗子（バスケットタイプ）FG-16L-1		2
		(4) スネアー、六角 SD-6L-1		2
		(5) バイポラープローブCD-B620LA		2
		（連絡先）		
		オリンパスメディカルシステムズ株式会社		
		国際協力企画グループ　鈴木俊明		
		TEl ： 042-642-3217　FAX ： 042-642-2202		
		E-mail ： toshiaki2_suzuki@ot.olympus.co.jp		
		参考銘柄②	フジノン	
		ビデオスコープ　EG-530WR		1
		プロセッサー XL-445D		1

番　号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 （メーカー名等）	数量
		光源装置 XL-445D		1
		モニター CDL19096A		1
		電気メス （フットスイッチ付き）ESG100（オリンパス製による）		1
		トロリー（ラック） PC-410		1
		送水タンク WT-2		1
		吸引ポンプ KV-5（オリンパス製による）		1
		（付属品）患者チューブ PK5		5
		フィルターチューブ PK10		10
		フィルター PK10		10
		送水ポンプ JW-2		1
		鉗子セット（オリンパス製による）		
		(1) 生検鉗子 FB-23K-1		2
		(2) 把持鉗子（アリゲータータイプ）FG-6L-1		2
		(3) 把持鉗子（バスケットタイプ）FG-16L-1		2
		(4) スネアー、六角 SD-6L-1		2
		(5) バイポラープローブCD-B620LA		2
		設置費用（技術者派遣）		1
		（連絡先）		
		富士フイルム株式会社		
		メディカルシステム事業部、内視鏡システム部		
		鳥取清尚		
		TEl ： 0465-85-1441 FAX ： 0465-85-0722		
		E-mail ： kiyohisa.tottori@fujifilm.com		
		オリンパスメディカルシステムズ株式会社		
		国際協力企画グループ 鈴木俊明		
		TEl ： 042-642-3217 FAX ： 042-642-2202		
		E-mail ： toshiaki2_suzuki@ot.olympus.co.jp		
	コトール総合病院			
14	腹腔鏡セット付属品	用途：腹腔鏡手術を行うためのセット		
		銘柄指定 腹腔鏡セット WA53000A用 付属品		
		ライトガイド	オリンパス	1
		（連絡先）		
		オリンパスメディカルシステムズ株式会社		
		国際協力企画グループ 鈴木俊明		
		TEl ： 042-642-3217 FAX ： 042-642-2202		
		E-mail ： toshiaki2_suzuki@ot.olympus.co.jp		
15	無影灯用付属品	用途：手術時に患部を照らすための機器		
		銘柄指定 無影灯用 COSMIC 6664用 付属品		
		反射板付きランプ	山田医療	26
		（連絡先）		
		山田医療照明株式会社		
		営業部国際グループ 伊崎一志		
		TEl ： 03-5212-6023 FAX ： 03-5212-6022		
		E-mail ： izaki@skylux.co.jp		

番　号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 （メーカー名等）	数量
16	吸引器用付属品	用途：患者の体液や血液を吸引するための機器		
		銘柄指定　吸引器用　TAF-7000SD用　付属品		
		吸引ボトル（硬化ガラス3,000ml）	中村医科	2
		蓋一式　フロート付き	中村医科	1
		蓋一式　フロート無し	中村医科	1
		蓋接続チューブ	中村医科	1
		吸引チューブ2m、アダプター付き	中村医科	1
		（連絡先）		
		中村医科工業株式会社		
		貿易部　木原博明		
		TEl ： 03-3813-3486　FAX ： 03-3813-3480		
		E-mail ： nakamuraika@n-ideal.co.jp		
17	シリンジポンプ用付属品	用途：低速で一定の薬品を輸液するための機器		
		銘柄指定　シリンジポンプ　TE-331用　付属品		
		バッテリー	テルモ	4
		（連絡先）		
		テルモ株式会社		
		国際部　小川和泉		
		TEl ： 03-6742-8220　FAX ： 03-6742-8059		
		E-mail ： Izumi_Ogawa@terumo.co.jp		
18	麻酔器用付属品	用途：手術時に麻酔をかけるための機器		
		銘柄指定　麻酔器 PRO-45用付属品		
		マニュアルバグ、3L	アコマ医科	1
		患者回路、成人用、再使用可	アコマ医科	3
		Yピース、呼吸回路、成人用	アコマ医科	3
		呼吸回路用マスクアダプター	アコマ医科	3
		酸素センサー	アコマ医科	1
		酸素センサー用ケーブル	アコマ医科	1
		吸引器	アコマ医科	1
		気化器、セボフレン、ブロックタイプ	アコマ医科	1
		MK-III		
		炭酸ガス吸着剤、5L	アコマ医科	1
		（連絡先）		
		アコマ医科工業株式会社		
		輸出部　福岡		
		TEl ： 03-3816-6911　FAX ： 03-3814-3845		
		E-mail ： i.fukuoka@acoma-medical.co.jp		
19	心電計	用途：12誘導心電図の計測		
		（仕様）		
		誘導：標準12誘導		
		感度：1/4, 1/2, 1, 2, 自動、またはそれ以上		
		記録速度：10, 12.5, 25, 50 mm/sec またはそれ以上		
		フィルタ：付属		

番　号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 （メーカー名等）	数量
		表示器：付属、モノクロ		
		記録方式：サーマルヘッド（波形、文字）		
		電源: AC220V,50Hz,単相及び内蔵バッテリー		
		参考銘柄①　心電計　FX-7202	フクダ電子	1
		[構成]本体　FX-7202		
		付属品：取扱説明書（英語）　１部		
		ECGケーブル　1本		
		胸部電極（成人用）　6個		
		四肢電極（成人用）　4組		
		記録用紙 6巻		
		ECGペースト 2本		
		バッテリー 1個		
		電源コード 接地線付き 1本		
		（連絡先）		
		フクダ電子株式会社		
		国際営業部　真田薫		
		TEl ： 03-5684-1462　FAX ： 03-3814-1222		
		E-mail ： kaoru.sanada@fukuda.co.jp		
		参考銘柄②　心電計　ECG-1250	日本光電	1
		[構成]本体　ECG-1250		
		付属品：取扱説明書（英語）　１部		
		ECGケーブル　1本　BJ-901D		
		胸部電極（成人用）　6個 H041A		
		四肢電極（成人用）　4組 H068A		
		記録用紙 6巻 FQW-1 10-2-14 A730		
		ECGペースト 2本 F010		
		バッテリー 1個 X065		
		電源コード 接地線付き 1本 K079		
		（連絡先）		
		日本光電工業		
		海外事業本部 ODA担当　山田博行		
		TEl ： 03-5348-1617　FAX ： 03-5348-1620		
		E-mail ： Hiroyuki_Yamada@mb3.nkc.co.jp		
20	透視撮影装置用付属品	用途：透視撮影を行うためのX線装置		
		銘柄指定　透視撮影装置 RS-50A用 付属品		
		ケーブル SSU511-46189-32 HF3000 MICCA	島津理化	1
		ケーブル SSU511-46189-33 HF3000 MICCB		1
		ケーブル SSU511-46189-34 HF3000 MICCC		1
		AUDIO基板 SSU511-46189-21 HF3000 AUDIO		1
		スピーカー（2個）SSU511-46189-25 SP		1
		（連絡先）		
		株式会社島津理化		
		野村		
		TEl ： 03-5626-6600　FAX ： 03-5626-6610		
		E-mail ： nomura@shimadzu-rika.co.jp		

番　号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 （メーカー名等）	数量
21	一般撮影装置用付属品	用途：一般X線撮影を行うため機器		
		銘柄指定　一般撮影装置 RAD Speed用 付属品		
		コリメーターランプ	島津理化	3
		ブッキーテーブル BX-121K	島津理化	1
		（連絡先）		
		株式会社島津理化		
		野村		
		TEl ： 03-5626-6600　FAX ： 03-5626-6610		
		E-mail ： nomura@shimadzu-rika.co.jp		
22	上部消化管内視鏡セット	用途：上部消化管の内視鏡による検査		
		（仕様）		
		22-1 ビデオスコープ　1式		
		全長：1,350mm以上		
		外寸：9.4mm 以下		
		視野：140度以上、正面		
		被写体深度：4 - 100 mm以上		
		チャンネル直径：2.8mm以上、1個以上		
		最短焦点：4mm以下		
		曲がり：上210度、下90度、右100度、左100度以上		
		22-2 光源及びカメラユニット　1式		
		光源ランプ：LEDまたはキセノン		
		画像：HD		
		画像強化機能：付属		
		電源: AC220V,50Hz,単相		
		22-3 モニター		
		画像：HD対応		
		電源: AC220V,50Hz,単相		
		22-4 電気メス		
		出力モード：モノポラー及びバイポラー		
		モノポラー出力：　切除120W以上　凝固50W以上		
		バイポラー出力：　切除120W以上　凝固40W以上		
		フットスイッチ：付属		
		電気安全：CF Class I		
		電源: AC220V,50Hz,単相		
		22-5 トロリー（ラック）		
		22-6 送水タンク		
		22-7 吸引ポンプ		
		22-8 送水ポンプ		
		22-9 メンテナンス用品		
		22-10 鉗子セット		
		生検鉗子、把持鉗子（アリゲータータイプ）、		
		把持鉗子（バスケットタイプ）、スネアー、		
		バイポラープローブ　各2セット		
		参考銘柄①	オリンパス	
		ビデオスコープ　GIF-H170N		1
		プロセッサー（光源一体型）　CV170		1

番　号	機　材　名	仕　　様	参考銘柄 （メーカー名等）	数量
		モニター OEV261H-E HD LCD		1
		電気メス （フットスイッチ付き）ESG100		1
		トロリー（ラック） WM-NP2		1
		送水タンク		1
		吸引ポンプ KV-5		1
		（付属品）患者チューブ PK5		5
		フィルターチューブ PK10		10
		フィルター PK10		10
		送水ポンプ OFP-2		1
		（付属品）鉗子チャネルアダプター MAJ-1606		1
		鉗子チャネル水チューブ MAJ-1607		1
		メンテナンス用品		1
		鉗子セット		
		(1) 生検鉗子 FB-23K-1		2
		(2) 把持鉗子（アリゲータータイプ）FG-6L-1		2
		(3) 把持鉗子（バスケットタイプ）FG-16L-1		2
		(4) スネアー、六角 SD-6L-1		2
		(5) バイポラープローブCD-B620LA		2
		（連絡先）		
		オリンパスメディカルシステムズ株式会社		
		国際協力企画グループ　鈴木俊明		
		TEI : 042-642-3217　FAX : 042-642-2202		
		E-mail : toshiaki2_suzuki@ot.olympus.co.jp		
		参考銘柄②	富士フィルム	
		ビデオスコープ EG-530WR		1
		プロセッサー XL-445D		1
		光源装置 XL-445D		1
		モニター CDL19096A		1
		電気メス （フットスイッチ付き）ESG100（オリンパス製による）		1
		トロリー（ラック） PC-410		1
		送水タンク　WT-2		1
		吸引ポンプ KV-5（オリンパス製による）		1
		（付属品）患者チューブ PK5		5
		フィルターチューブ PK10		10
		フィルター PK10		10
		送水ポンプ　JW-2		1
		鉗子セット（オリンパス製による）		
		(1) 生検鉗子 FB-23K-1		2
		(2) 把持鉗子（アリゲータータイプ）FG-6L-1		2
		(3) 把持鉗子（バスケットタイプ）FG-16L-1		2
		(4) スネアー、六角 SD-6L-1		2
		(5) バイポラープローブCD-B620LA		2
		設置費用（技術者派遣）		1
		（連絡先）		
		富士フイルム株式会社		
		メディカルシステム事業部、内視鏡システム部		
		鳥取清尚		
		TEI : 0465-85-1441　FAX : 0465-85-0722		
		E-mail : kiyohisa.tottori@fujifilm.com		

番　号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 （メーカー名等）	数量
		オリンパスメディカルシステムズ株式会社		
		国際協力企画グループ　鈴木俊明		
		TEl ： 042-642-3217　FAX ： 042-642-2202		
		E-mail ： toshiaki2_suzuki@ot.olympus.co.jp		
23	光線治療器用付属品	用途：新生児の光線治療を行う機器		
		銘柄指定　光線治療機 NIW-3500用付属品		
		蛍光灯管　20W 青　10本セット	中村医科	2
		（連絡先）		
		中村医科工業株式会社		
		貿易部　木原博明		
		TEl ： 03-3813-3486　FAX ： 03-3813-3480		
		E-mail ： nakamuraika@n-ideal.co.jp		

梱包条件書

1 マーキング

梱包ケースの両サイドには、下記のマークをつけること。

(1) ケース・マーク(黒字)

(コンサイニー略称)

(仕向地都市名, 国名)

(インボイス番号)

C/No. (ケース番号/ケース数)

(2) サイド・マーク(赤字)

☒英語： TECHNICAL COOPERATION BY THE GOVERNMENT OF JAPAN

☐仏語： COOPERATION TECHNIQUE PAR LE GOUVERNEMENT DU JAPON

☐西語： COOPERACION TECNICA POR EL GOBIERNO DEL JAPON

☐中国語： 日本国政府技术合作

(3) CAUTION/CARE MARK(TOP MARK等)

運送途中で取扱注意が必要な場合は、関連マーク(FRAGILE, HANDLE WITH CARE, THIS WAY UP, CENTER OF GRAVITY等)を見やすい位置に貼付。危険物がある場合は、安全な梱包とし、危険物である旨マークを貼付すること。温度管理品がある場合は、温度管理品である旨マークを貼付すること。

(4) 注意事項

① 輸送中での盗難防止のため、梱包ケースにはメーカー名やメーカーのマーク、MADE IN JAPANの標記等をつけないこと。

② 梱包ケース毎にパッキングリストを作成し、パッキングリストに記載するケース番号と実際のケースに付けるケース番号・内容品は一致させること。

③ 梱包ケース内の各々の包装箱・袋には、契約書中の内訳明細書の該当するアイテム番号を付すこと。

2 梱包条件

以下のとおりとすること。

(5) 海上輸送・航空輸送の共通事項

① 仕向地にて大型フォークリフト等がない場合を考慮し、一梱包の重量は単品を除きできるだけ500kgを超えないようにすること。

② その上で、フォークリフトによる積卸しを想定して、梱包ケースには、滑材、すり材をつけること。

③ 各個の重量、容積を平均化し、梱包ケース内には緩衝材を入れて、中の資機材が動揺しないようにすること。また、梱包ケースには必要に応じて重心位置を示すこと。

④ 危険物は、国連で定められた輸送用容器(包装・梱包方法)で輸送すること。

⑤ 免税通関が完了するまで屋外の保税蔵置場に置かれることもあるため、中の資機材が雨水で濡れないよう必要に応じ防水処理を行い、結露による錆びを防ぐための乾燥剤の封入などの対応をすること。

⑥ 精密機械や有効期間があるもののような特別配慮を要する資機材については、メーカーと相談し、メーカーが機材の特性から本梱包条件書と異なる梱包方法を提案する場合は、それを採用すること。

⑦ 付属品を含む機材は、本体と付属品を原則同じ梱包ケースに含めることとし、開梱時に機材を容易に判別できるよう配慮すること。

(6) 海上輸送梱包

① 長期間の海上輸送に適した堅牢かつ取扱上便利な梱包であること。そのため、原則として、合板密閉梱包とする。梱包に使用する合板は、JAS規格の普通合板とすること。ただし、機材によっては厳重梱包が必要な場合やパレット梱包、すかし梱包またはスチール梱包等が良い場合もあるので、メーカーと相談のうえ適切な梱包とすること。

② 木材梱包とする場合は、次の条件によること。

ア. 原則としてJIS Z 1402以上の規格の木箱密閉梱包とする。

イ. 重量が500kg以上かつ長さ15m、幅5m、高さ5m以内の場合は、JIS Z 1403以上の規格の枠組箱密閉梱包。

ウ. 仕向地により国連公表の国際基準(ISPM NO.15)に基づき熱処理・燻蒸などの必要な処理を行った木材を使用すること。

エ. 熱処理・燻蒸証明書:不要。

③ 必要に応じ、梱包ケースの側板の上下又は中間、及びふた板の両サイド又は中間に、胴桟を打ちつけること。

④ 梱包ケースは、必要に応じ、帯鋼、すみ金、かど金により補強すること。

⑤ 電気機器、精密機械、その他特別配慮を要する機材については、真空バリア

梱包とすること。

⑥ コンテナによる輸送の場合、20フィートまたは40フィートコンテナの内法寸法に配慮し、コンテナに納めたときに無駄の少ない大きさで各梱包ケースをまとめること 。

⑦ FCLの場合は、その中の貨物は段ボール箱でもよい場合もあるが、LCLの場合は、合板密閉梱包又は木材梱包とすること。

⑧ 内陸輸送に当たって海上輸送用の梱包ケースを解体する場合に備え、各々のアイテムの包装をダブルカートン強化段ボール箱等内陸輸送に耐えられるものにしておくこと。

(7) その他留意事項

① コンテナは発注者が買い取るものとする。

② 内陸輸送にあたっては、山岳地を経由する。その道路は適切に舗装された道であるが、カーブが多い地域もあるので輸送には十分注意すること。

以上

輸送条件書

1　業務内容

（1）仕向港までの輸送手配

（2）仕向国輸入通関時に必要な書類（領事査証、原産地証明等）の確認と取得手配

（3）輸出貿易管理令等にかかる取引審査・該非判定、米国再輸出規制にかかる該当品の有無の確認、及び、該当品がある場合の輸出許可取得手続き

（4）船積書類（B/L）、インボイス、パッキングリスト等）の作成

（5）輸出通関手続き

（6）危険品がある場合の諸手続き

（7）温度管理品がある場合、輸送中（通関手続き中、内陸輸送中含む）の温度管理に留意すること。

（8）貨物海上保険付保

（9）経由国を通過するための諸手続き

（10）仕向港から仕向地までの内陸輸送

（11）上記に付随する業務

2　輸送条件

（1）船積港　：　日本国内港（受注者の手配による）

（2）仕向港　　国

海上輸送:バール港（モンテネグロ）

仕向地（住所）:

①クリニカルセンター

Name: Clinical Center Montegro

Address: Ljubljanska bb, 81000 Podgorica

②ニクシッチ総合病院

Name: General hospital Niksic

Address: Nikca od Rovina b.b.,81400 Niksic

③コトール総合病院

Name: General hospital Kotor

Address: Njegoseva b.b, 85330 Kotor

（3）輸送方法と対象　海送

海上輸送:全品目を対象とする。

（4）業務の範囲

仕向地における荷卸しまで（デバンニングを含む）

（5）安全かつ迅速な輸送

受注者は、仕向港に至るまで、安全かつ迅速な輸送を手配しなければならない。

海上輸送にあたっては、受注者は原則次の条件を満たす船舶を手配しなければならない。

（ア） 船齢は15年以下

（イ） 船級を有していること

（ウ） 排水量1000トン以上

（6）積替え条件

途中経由地での積替えは原則的に禁止する。ただし、輸送事情等やむを得ない理由で積替えする場合は、認めることとするが、貨物海上保険料等の追加分が発生する場合については、受注者の負担とする。

（7）発注者又は荷受人の責任と費用負担で行う事項

① 相手国における輸入通関手続き

② 超過保管料

ただし、①については、受注者は荷受人の輸入通関手続きを側面支援し、免税手続きが速やかに行なえるよう必要書類を遅滞なく提出すること。

（8）その他注意事項

輸入において、モンテネグロにおけるコンサイニーの輸入者登録が必要な場合、受注者がその指示と管理を行い、輸入通関が開始されるまでに登録を完了させるものとする。

3 貨物海上保険

発注者が締結している包括予定保険 Open Policy に基づき、発注者を被保険者、受注者を保険契約代行者として、発注者の特約条件による貨物海上保険を、以下の期間で付保すること。なお、船積完了から保険が適用される。

・海上輸送の場合　仕向港荷揚げ後 90 日

4 輸送書類

（1）必要書類と部数

受注者は、以下の書類が発行され次第、発注者に速やかに提出すること。

提出書類名	海上輸送
① 海上輸送：Bill of Lading *1	正3部、写3部
② Invoice *2	6部

③ Packing List	6部
④ 保険証券	正2部、写1部
⑤ 保険計算書	正1部、写1部
⑥ 容積重量証明書 *3	不要
⑦ 原産地証明書	正1部、写5部 *4
⑧ 領事査証	不要 *4
⑨ 木材梱包材熱処理・燻蒸証明書 *5	不要 *4
⑩ 輸送日程報告カード(予定)	1部
⑪ 輸送日程報告カード(確定)	正2部、写1部
⑫ 輸送日程報告カード(到着)	1部
⑬ 輸出許可通知書	1部

*1 船荷証券(B/L)は仕向地までの一貫した輸送責任を有する荷受人宛の運賃払込済み無故障船荷証券とする。なお、複合輸送の場合は、同一の輸送人に貨物の引受から引渡しまでを一貫として運送させること（国際複合一貫輸送）を原則とする。(Combined Transport B/L)

*2 書式は受注者のものを使用すること。荷受人宛として受注者署名入りとすること。

*3 海上輸送の場合、日本海事検定協会あるいは新日本検定協会による検量を行い、容積重量証明書を提出すること。ただし、FCL 貨物の場合は不要

*4 仕向国または経由地で必要な場合。不要の場合は「不要」と記載すること。

*5 経由地で必要な場合は取り付けること。

（2） 船積書類記載事項

(Consignee)

① Name: Clinical Center Montegro
Address: Ljubljanska bb, 81000 Podgorica
Tel:+382 20 225 167
Fax:+382 20 225284
Email: sekretarica@kccg.me
Responsible person: Dr Milan Mijovic

② Name: General hospital Niksic
Address: Nikca od Rovina b.b.,81400 Niksic
Tel:+382 40 231204
Fax: + 382 40 231215
Email:bolnica-n@kt-com.me
Responsible Peson: Dr Ivan Asanin

③ Name: General hospital Kotor
Address: Njegoseva b.b, 85330 Kotor
Tel:+382 32 325 595
Fax:+382 32 325601
Email:obk@t-com.me
Responsible Person: Dr Edita Starovic

(Notify Party)

①JICA 在外事務所

JICA Balkan Office
Business Centre USCE, 17th Floor, Bulevar Mihajla Pupina 6,
11070 Beograd, Serbia
Tel : +381-11-2200-750
Fax : +381-11-2200-761

②モンテネグロ保健省

Ministry of Health, Government of Montenegro
Rimski trg br.46 81000 Podgorica, Montenegro
Tel : +382-78-113-124
Fax : +382-78-113-128
Mobile : +382-68-801-002
Email : nebojsa.todorovic@mdz.gov.me
Responsible Person: Nebojsa Todorovic, General Director

(Shipper)

受注者とする。ただし、on behalf of JICA と追記すること。

(その他)

1. 技術協力により供与される機材の場合以下の文言を記入すること。
   "The above mentioned equipment is to be donated under Technical Cooperation by the Government of Japan. "
2. 通関は JICA バルカン事務所とモンテネグロ国保健省の協力により、無税通関が行われる。

以上

技師派遣条件書

1 対象機材

次のとおり。

No.	機材名	台数
クリニカルセンター		
5	カラードップラー	1
8	上部消化管内視鏡	1
9	下部消化管内視鏡	1
10	気管支内視鏡	1
ニクシッチ総合病院		
13	上部消化管内視鏡セット	1
コトール総合病院		
20	透視撮影装置用付属品	1
21	一般撮影装置用付属品	1
22	上部消化管内視鏡セット	1

2 業務内容

モンテネグロ国現地代理店または近隣国のメーカー代理店から派遣される技師等により、対象機材の開梱・検収、据付・調整、試運転、動作検証、操作・保守指導を行う。各機材とも以下のメーカー代理店が、調達された機材にあわせて、この作業を行うものとする。この派遣については日本のメーカーにより作業指示が行われ、業務が実施される。

3 技師の資格

据付・調整、試運転、動作検証、操作・保守指導を行う技師は、メーカーによる訓練を受けていること。

4 想定派遣人数、工数

以下の通りの人数と工数を想定する。

No.	機材名	台数	延人数	工数
クリニカルセンター				
5	カラードップラー	1	1	1日
8	上部消化管内視鏡	1	1	0.4日
9	下部消化管内視鏡	1	1	0.4日

10	気管支内視鏡	1	1	0.2日
ニクシッチ総合病院				
13	上部消化管内視鏡セット	1	1	1日
コトール総合病院				
20	透視撮影装置用付属品	1	1	1日
21	一般撮影装置用付属品	1	1	1日
22	上部消化管内視鏡セット	1	1	1日

5 スケジュール(案)

技術者	対象機器番号	クリニカル センター	ニクシッチ 総合病院	コトール 総合病院
内視鏡担当	8, 9, 10	1 日	−	−
	13	−	1 日	−
	22	−	−	1 日
超音波機器担当	5	1 日	−	−
放射線機器担当	20, 21	−	−	2 日

6 派遣手続き

(1)受注者の責任において、航空便手配、ビザ取得、入国のための手続き、宿舎手配等を行う。必要に応じ、発注者は側面支援を行う。

- ✓ ビザ取得:要(ビザ種別:)/(不要)
- ✓ 現地受入確認:要(発注者が現地に連絡する)/(不要)

(2)受注者は、派遣国の安全情報、感染症情報等を確認し、派遣される技師に情報を提供するとともに、必要な措置を取る。発注者は、必要に応じ派遣国におけるJICA安全対策措置や国別生活情報等を受注者に提供する。モンテネグロ国内から派遣される技師についても同様。

(3)受注者は、技師・派遣期間を決定次第、発注者に所定の様式にて連絡する。モンテネグロ国内から派遣される技師についても同様。必要な情報は次のとおり。

- ✓ 技師氏名(英文)
- ✓ 国籍
- ✓ パスポート番号
- ✓ 所属先及び緊急時の連絡先
- ✓ 宿泊先
- ✓ フライトスケジュールまたは車両による移動スケジュール

✓ 業務スケジュール

7 契約に含む費用

契約には以下の費用を含む。モンテネグロ国内から派遣される技師についても同様。

- ✓ 旅費（航空賃、現地交通費、宿泊料等含む）
- ✓ 人件費
- ✓ ビザ等入国のために必要な経費
- ✓ 業務に必要な工具の運搬費用
- ✓ 業務に必要な現地で調達する消耗品等の購入費
- ✓ その他必要な経費

8 支払い

請負契約のため、技師人数、派遣期間、旅費等が変動しても精算はありません。モンテネグロ国内から派遣される技師についても同様。

9 安全対策措置等

（1） 受注者は、自己の責任と負担において、派遣する技師の勤務上の安全に配慮するとともに、仕向国及び技師の業務場所における治安、災害等に関する情報を継続的に収集し、派遣する技師の安全確保に努めなければならない。受注者は、治安状況の変化その他重要な情報を入手した場合は、発注者に報告しなければならない。

（2） 発注者は、受注者が派遣する技師の安全確保上重要と思われる情報を入手した場合は、受注者に対し速やかに提供するものとする。

（3） 受注者は、技師の身体及び財産の安全を確保するために危険地域からの退避その他の措置（以下「安全対策措置」という。）を実施する場合は、発注者と協議するものとする。ただし、非常の場合又は危険切迫の場合等において、安全対策措置の速やかな実施について発注者と協議する時間がないときは、協議を経ないで安全対策措置を実施することができる。その場合、事後速やかに発注者に報告しなければならない。

（4） 発注者は、受注者の要請があった場合及び緊急かつ特別の必要性があると認められる場合、受注者と共同で又は受注者に変わって、技師に対し安全対策措置のための指示をおこなうことができるものとする。

10 参考情報：

無し

以上